


PEG=
Percutane
Endoscopische
Gastrostomie



Verzorging PEG:

Instructie vanuit ziekenhuis

Dompelen draaien

Gaasje ja/nee

Zalf ja/nee

Wanneer PEG verwijderen:
Als de PEG versleten is
Risico van het zelf verwijderen
is aanwezig

Verwijderen in het ziekenhuis

Alternatief voor een PEG

Gastro-tube (balloncatheter)
0112-14



Alternatief voor een PEG

De MIC-KEY 0120-serie
Voorbeeld 0120-20-1.7



Maten van de MIC-KEY


CH maat is zelfde als de PEG
Lengtemaat is meten

Hoe vaak meten?

Verzorging van de MIC-KEY:

Gaasje ja/nee

Vervangen 3 à 4 maanden (voorbehouden
handeling)



Calamiteiten



Waar ben je bang voor?

Spontane verwijdering:

Top 4



Bedhekken

Rolstoel

Tillift

Er zelf uittrekken



ACTIE:

zelf terugplaatsen

controle

eventueel ziekenhuis

VEILIGE SYSTEMEN

Verbod voor lock

Alternatief

Verkrijgbaar



www.cobramedical.com